

Kommunerna i Kronobergs län

Rengöring av hjälpmedel

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Kronobergs län

Avsnittet i Vårdhandboken heter Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar/Rengöring

Framtagen av Lena Bodin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Uppvidinge kommun Åsa Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älmhults kommun Anette Svensson Hygiensjuksköterska Region Kronoberg	Utgåva 6	Ersätter 2008-08-29
Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun	Fastställd 2019-05-24	Giltig från 2019-05-24

Löpande underhåll av hjälpmedel ska utföras enligt bruksanvisning. Se även [Nationella vårdhandboken](#)

Manuell mekanisk rengöring innebär förutom att hjälpmedlet blir rent att antalet mikroorganismer reduceras. Desinfektion av hjälpmedel ska alltid ske vid förorening av kroppsvätska.

- Hjälpmedel ska rengöras regelbundet och ska signeras när det är gjort.
- Hjälpmedel som hämtas från lokalt förråd torkas av med ytdesinfektion före utlämnandet.
- Hjälpmedel som används av mer än en vårdtagare till exempel duschbriks eller lift, rengörs och desinfekteras mellan varje vårdtagare. Ytan ska vara torr före desinfektion. Viktigt att desinfektera manöverdosa och andra tag-ställen. Akutlyftsele tvättas i 60°.
- Transportrullstol rengörs varannan vecka samt vid behov.
- Personbundna hjälpmedel rengörs varannan vecka samt vid behov.
- Personbunden lyftsele tvättas i tvättmaskin i 60° varannan vecka eller vid behov.
- Medicinteknisk utrustning som till exempel blodtrycksmanschett, stetoskop, termometer och pulsoximeter, torkas av med ytdesinfektion efter varje vårdtagare innan den stoppas ner i väska. Vid skadad hud till exempel eksem ska desinfektion göras både före och efter användandet.