

Städrutiner

Enhet: _____ Avdelning: _____ År: _____

Varje halvår:

| Gör rent följande och skriv dina initialer i rutorna till höger | Månad | Månad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | _____ | _____ |
| Kylskåp: Hyllor, väggar och dörrar till kyl och frys ska torkas av utvändigt och invändigt med ren trasa, varmt vatten och diskmedel. | | |
| Frysskåp: Töm och frosta av. Kontrollera datum på varorna för att se om något bör kasseras. Torka frysen och frysdörren utvändigt och invändig med ren trasa, varmt vatten och diskmedel. | | |
| Skåp/Lådor/Hyllor: Töm och torka ur med ren trasa, varmt vatten och diskmedel. Ställ tillbaka varorna och köksutrustningen. | | |
| Flätkåpa och filter: Torka rent med trasa och fettlösande rengöringsmedel. | | |
| Kransilar: Skruva loss yttersta delen av vattenkranarna och rengör silen som sitter innanför. Borsta med hett vatten och diskmedel. | | |
| Kontroll/kalibrering av termometrar: Kalibreringen ska göras i ett isbad. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fyll en termosflaska med krossad is. 2. Fyll på med kallt vatten till is-nivån. 3. Vänta tio minuter och stick sedan ner givaren i blandningen. 4. Rör om med givaren till temperaturen stannat av. Det tar minst 5 min. 5. Läs av och anteckna i protokollet. 6. Temperaturen ska vara 0 grader. Om temperaturen inte är 0°C ska detta märkas med en klisterlapp på termometern. 7. Ta hänsyn till avvikelser vid mätning. Om temperaturen avviker mer plus 5°C till minus 5 °C ska en ny termometer inköpas | | |
| | | |