

Råd för felsökning och lättare åtgärdslösningar



för EPI mobile larm HSL- individuella som är ordinerade av sjuksköterska

Dessa råd är en vägledning för den som upptäcker att larmet inte fungerar. Råden ska användas när ett EP-larm inte fungerar eller går sönder, innan man kontaktar ansvarig sjuksköterska som kontaktar larmsamordnare i Växjö kommun.

Gäller EPI mobile. Det ska finnas bruksanvisning och kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska.

Felsökning och lättare åtgärder:

1. Är mobilen "**PÅ**"? Alla de delar som tillhör EP-larmet.
2. Är sensorn rätt placerad på handleden?
3. Kontrollera att sensorn och mobilen är laddad. Kontrollera även att laddkablarna till mobilen/sensorn är hela och fina utan några skador. Att alla kontakterna sitter strömanslutna.
(vid skador på mobilen eller kablar, se punkt 5)
4. Kontrollera att sensorn ser hel ut och att den reagerar vid skakning av handleden. (**sensorn tål inte vatten**). Se bruksanvisning som medföljer.
5. Om EPI mobile larmet **inte** fungerar efter ovanstående åtgärder, gör du på följande sätt:
 - Testa med att starta om mobilen följ bruksanvisningen/manualen.
 - Kontakta ansvarig sjuksköterska (SSK/PAS).

Sjuksköterska ska kontakta larmsamordnare enligt rutin